



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN (Số 6.1)

LIST OF ACCREDITED TESTS (No 6.1)

(Kèm theo Quyết định số/ Attachment with decision: /QĐ-VPCNCLOG
ngày tháng 11 năm 2025 của Giám đốc Văn phòng Công nhận chất lượng quốc gia/
of BoA Director)

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Đo lường
Laboratory: *Department of Metrology*

Tổ chức/Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc
Organization: *Northern Electrical Testing one member Company Limited*

Số hiệu/ Code: VILAS 272

Chuẩn mực công nhận
Accreditation criteria ISO/IEC 17025:2017

Lĩnh vực: Điện – Điện tử
Field: *Electrical - Electronic*

Người quản lý/
Laboratory manager: Nguyễn Quang Khanh
Nguyen Quang Khanh

Hiệu lực công nhận
Period of Validation: Kể từ ngày /11/2025 đến ngày 28/11/2030

Địa chỉ/Address: 465 Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Lợi, Hà Nội
465 Nguyen Van Linh street, Phuc Loi ward, Ha Noi city

Địa điểm/ Location: 465 Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Lợi, Hà Nội
465 Nguyen Van Linh street, Phuc Loi ward, Ha Noi city

Điện thoại/ Tel: 0243 8759361

Email:

Website: npcetc.vn

DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN (Số 6.1)*LIST OF ACCREDITED TESTS (No 6.1)***VILAS 272****Phòng thí nghiệm Đo lường/ Department of Metrology****Lĩnh vực thử nghiệm: Điện – Điện tử***Field of testing: Electrical - Electronic*

TT	Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ <i>Materials or product tested</i>	Tên phép thử cụ thể/ <i>The name of specific tests</i>	Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo <i>Limit of quantitation (if any)/range of measurement</i>	Phương pháp thử/ <i>Test method</i>
1.	Đồng hồ đo điện kiểu chỉ thị kim và chỉ thị số (Ampemet, Vonmet, Wattmet, varmet); Đồng hồ vạn năng; Đồng hồ đa năng; Ampe kìm <i>Analog and digital electrical meters Analog and digital electrical meters (ammeter, voltmeter, wattmeter, varmeter); Multimeter; Multifunction meter; Clamp meter</i>	Kiểm tra sai số <i>Error check</i>	I_{AC} : (0 ~ 20) A I_{AC} : (20 ~ 5 000) A I_{DC} : (0 ~ 1 000) A U_{AC} : (0 ~ 1 000) V U_{DC} : (0 ~ 1 000) V P, Q, S pf: (0 ~ 1)	NPCETC.ĐL/QT. 22-2025
2.	Biến áp đo lường <i>Voltage Transformer</i>	Kiểm tra sai số <i>Error check</i>	$U_{sơ\ cấp}/U_{Primary}$: (0,4 ~ 500/ $\sqrt{3}$) kV - $U_{thứ\ cấp}/U_{Secondary}$: (100/3 ~ 110) V	NPCETC.CA/QT. 03-2025
3.	Biến dòng đo lường <i>Current Transformer</i>	Kiểm tra sai số <i>Error check</i>	- $I_{sơ\ cấp}/I_{Primary}$: (0 ~ 5 000) A - $I_{thứ\ cấp}/I_{Secondary}$: 1 A; 5 A	NPCETC.CA/QT. 04-2025

Chú thích/ Note:

- NPCETC.CA/QT....: Phương pháp đo phòng thí nghiệm xây dựng/ *Laboratory developed method*
- Trường hợp Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá thì Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ *It is mandatory for Northern Electrical Testing one member Company Limited that provides product quality testing services must register their activities and be granted a certificate of*  *according to the law before providing the service.*