



DANH MỤC PHÉP HIỆU CHUẨN ĐƯỢC CÔNG NHẬN MỞ RỘNG LẦN 1

LIST OF ACCREDITED CALIBRATION, FIRST EXTENSION

(Kèm theo Quyết định số/ Attachment with decision: /QĐ-VPCNCLQG

ngày tháng 8 năm 2026 của Giám đốc Văn phòng Công nhận chất lượng quốc gia/
of BoA Director)

Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm thí nghiệm dệt may, Chi nhánh Công ty Cổ phần - Viện nghiên cứu dệt may tại Tp Hồ Chí Minh

Laboratory: Textile Testing Center, Branch of VietNam Textile Research Institute - Joint Stock Company in Ho Chi Minh city

Tổ chức/ Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần - Viện nghiên cứu Dệt may

Organization: Vietnam Textile Research Institute - Joint Stock Company

Số hiệu/ Code: VILAS 169

Chuẩn mực công nhận/
Accreditation criteria ISO/IEC 17025:2017

Lĩnh vực: Hóa, Cơ, Đo lường - Hiệu chuẩn

Field: Measurement - Calibration

Người quản lý:
Laboratory manager: Phạm Thị Ngọc Châu

Hiệu lực công nhận
Period of Validation: Kể từ ngày/from /8/2026 đến ngày/to 07/3/2030

Địa chỉ/ Address: 345/128A Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, thành phố Hồ Chí Minh

345/128A Tran Hung Dao Street, Cau Ong Lanh Ward, Ho Chi Minh City

Địa điểm/Location: 345/128A Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, thành phố Hồ Chí Minh

345/128A Tran Hung Dao Street, Cau Ong Lanh Ward, Ho Chi Minh City

Điện thoại/ Tel: 028 39201396

E-mail: verify.vtrsi@viendetmayhochiminh.org.vn

Website: www.phanviendetmay.org.vn

DANH MỤC PHÉP HIỆU CHUẨN ĐƯỢC CÔNG NHẬN MỞ RỘNG LẦN 1

LIST OF ACCREDITED CALIBRATION, FIRST EXTENSION

VILAS 169

Lĩnh vực hiệu chuẩn: Khối lượng (x)

Field of calibration: Mass

TT	Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn <i>Measurand/ equipment calibrated</i>	Phạm vi đo <i>Range of measurement</i>	Quy trình hiệu chuẩn <i>Calibration Procedure</i>	Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC) ¹ / <i>Calibration and Measurement Capability (CMC)¹</i>
1.	Cân cấp chính xác I <i>Banlance class I</i>	(b) (200 ~ 500) g (500 ~ 1 200) g	QTHC-TRSI:03/26 (2026)	1,25 mg 1,85 mg
2.	Cân cấp chính xác II <i>Banlance class II</i>	(b) (2 000 ~ 4 000) g (4 000 ~ 6 000) g		18,0 mg 25,0 mg
3.	(b) Cân cấp chính xác III (Cân điện tử) <i>Banlance class III</i>	(0,001 ~ 6) kg (6 ~ 30) kg (30 ~ 75) kg (75 ~ 180) kg	QTHC-TRSI:13/26 (2026)	0,3 g 3,0 g 5,0 g 20,0 g
4.	(b) Cân cấp chính xác IIII (Cân đồng hồ lò xo) <i>Banlance class IIII</i>	Đến/ To 1 kg Đến/ To 2 kg Đến/ To 5 kg Đến/ To 20 kg Đến/ To 30 kg Đến/ To 120 kg Đến/ To 150 kg		3,0 g 6,0 g 12,0 g 29,0 g 58,0 g 112,0 g 289,0 g
5.	(b) Quả tải (quả nặng)/ <i>Load weight</i> (có khối lượng định sẵn/ <i>with specified mass</i>)	(100 ~ 1 000) g (1 000 ~ 2 000) g (2 000 ~ 5 100) g	QTHC-TRSI:12/26 (2026)	0,6 g 1,1 g 2,8 g

Ghi chú/ Note:

- QTHC-TRSI xx: Quy trình hiệu chuẩn do phòng thử nghiệm xây dựng/ *Laboratory-developed calibration procedures.*
- (x): Phép hiệu chuẩn thực hiện hiện trường/ *Calibration on-site;*
- (b): Nội dung hiệu chuẩn được mở rộng tháng 8/2026; *Calibration items extended in August, 2026*

DANH MỤC PHÉP HIỆU CHUẨN ĐƯỢC CÔNG NHẬN MỞ RỘNG LẦN 1

LIST OF ACCREDITED CALIBRATION, FIRST EXTENSION

VILAS 169

⁽¹⁾ Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC) được thể hiện bởi độ không đảm bảo đo mở rộng, diễn đạt ở mức tin cậy 95%, dùng hệ số phủ $k = 2$ và công bố tối đa tới 02 chữ số có nghĩa. *Calibration and Measurement Capability (CMC) expressed as an expanded uncertainty, expressed at approximately 95% level of confidence, using a coverage factor $k = 2$ and expressed with maximum 02 significance digits.*

Trường hợp Công ty Cổ phần - Viện nghiên cứu Dệt may cung cấp dịch vụ cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường thì Công ty Cổ phần - Viện nghiên cứu Dệt may phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này. *It is mandatory for the Vietnam Textile Research Institute - Joint Stock Company that provides the calibration, testing of measuring instruments, measurement standard services must register their activities and be granted a certificate of registration according to the law before providing the services./.*

